



UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel. /032/ 359 1381, 359 1379

fax. /032/ 359 2048

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/35/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 206 000 €

NA DOSTAWĘ MIERNIKÓW z podziałem na części:

- w zakresie części A –mierniki cyfrowe,
- w zakresie części B – mierniki.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie Wykonawcy część B, pkt 1.

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd wielofunkcyjny o zakresie pH - 2do 16pH i dokładności 0,003 pH?
- 2) Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd wielofunkcyjny o zakresie pomiaru konduktometrycznego 0-500 mS/cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza przyrządu wielofunkcyjnego o zakresie pH - 2do 16pH i dokładności 0,003 pH,
- 2) Zamawiający nie dopuszcza przyrządu wielofunkcyjnego o zakresie pomiaru konduktometrycznego 0-500 mS/cm.

2. Pytanie Wykonawcy część B, pkt 2.

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza konduktometr o zakresie 0-500 mS/cm?
- 2) Czy Zamawiający dopuszcza konduktometr o temperaturze odniesienia 20 lub 25 st. C?

Odpowiedź Zamawiającego:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza konduktometra o zakresie 0-500 mS/cm
- 2) Zamawiający nie dopuszcza konduktometra o temperaturze odniesienia 20 lub 25 st. C

3. Pytanie Wykonawcy część B, pkt 3:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza pH-metr o dokładności 0,005pH?
- 2) Czy Zamawiający dopuszcza pH-metr z 3-punktową kalibracją buforów?

Odpowiedź Zamawiającego:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza pH-metra o dokładności 0,005pH.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza pH-metra z 3-punktową kalibracją buforów.



Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji
Przetargowej:
mgr Katarzyna Poprawa.