



Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
REGON 000001347

Katowice dn. 22 czerwca 2010 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/45/10**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 € na:

DOSTAWĘ APARATURY POMIAROWEJ

Z dopuszczeniem możliwości składania ofert częściowych zgodnie z podziałem:

- a) w zakresie części A - Spektrofotometr UV/VIS do analizy RNA 1 szt.,
- b) w zakresie części B - Spektrofluorymetr 1 szt.,
- c) w zakresie części C - System do ilościowego oznaczania PCR w czasie rzeczywistym 1 szt.,
- d) w zakresie części D - Przystawka nisko i średnotemperaturowa do dyfraktometru D/MAX Rapid II 1 szt.,
- e) w zakresie części E - Spektrofotometr UV/VIS 1 szt.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, jaki wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie Wykonawcy:

Czy dopuszczacie Państwo do przetargu aparat, który zamiast 2 x RS232 będzie posiadał 1 x RS232 do komputera oraz 1 x Centronics lub 1 x USB do drukarki? Drukarki bowiem najczęściej podłączane są do aparatu przez port Centronics lub USB, a nie przez RS232.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza aparat z wejściami: 1 x RS 232 i 1 x USB.

Pytanie Wykonawcy:

W opisie przedmiotu zamówienia części A Zamawiający wpisał w punkcie 29 komora laminarna. Czy w związku z tym należy zaoferować oprócz spektrofotometru UV/VIS do analiz RNA również komorę laminarną? Jeżeli tak, to o jakich parametrach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zapis „komora laminarna” – w ramach punktu 29 załącznika nr 2A do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia dla spektrofotometru UV/VIS do analiz RNA) został



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

wprowadzony omyłkowo. Zamawiający nie wymaga zaoferowania oprócz spektrofotometru UV/VIS do analiz RNA również komory laminarnej.

Ponadto zgodnie z przepisem rt. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), **Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez usunięcie punktu 29 – „Komora laminarna” z załącznika nr 2A (opis przedmiotu zamówienia dla spektrofotometru UV/VIS do analiz RNA):**

Powyższe wyjaśnienie i zmiana SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

**Starszy Referent
Łukasz Motyka**

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej