

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/48/10

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 € na:

DOSTAWĘ WAG LABORATORYJNYCH

Z dopuszczeniem możliwości składania ofert częściowych zgodnie z podziałem:

- a) w zakresie części A - waga precyzyjna 1 szt.,
- b) w zakresie części B - waga laboratoryjna 1 szt.,
- c) w zakresie części C - waga analityczna 1 szt.,
- d) w zakresie części D - waga precyzyjna 1 szt.,

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, jaki wpłynął do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie Wykonawcy:

W odpowiedzi na pismo z dn. 12.07.2010 r., dotyczącego zastosowania mechanizmu typu monoblok informuje. SIWZ nie zawiera żadnej wzmianki na temat wymaganej powtarzalności wagi analitycznej. W związku z tym podnoszenie przez Zamawiającego argumentu o rzekomo większej powtarzalności wagi z mechanizmem typu monoblok w porównaniu z innym typem mechanizmu jest bezzasadne. Wnosimy zatem o dopuszczenie przez Zamawiającego wagi z mechanizmem innego typu, spełniającym jednocześnie wymagania co do powtarzalności pomiarów.

Odpowiedź Zamawiającego:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający rzeczywiście nie ujął parametru powtarzalności. Powtarzalność jest jednak parametrem charakterystycznym i niezbędnym w prowadzeniu badań naukowych. Zamawiający jest przekonany, że waga z mechanizmem monoblok zapewni ciągłość badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Chemii Fizycznej. Z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika ponadto, że wagi oparte na mechanizmie monoblok nie stanowią rozwiązania stosowanego li tylko przez jednego producenta, dlatego posłużenie się takim parametrem nie narusza zasady uczciwej konkurencji. W związku z powyższym, Zamawiający nie przychyliła się do wniosku o dopuszczenie wagi z innym mechanizmem.

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 6 w zw. z przepisem art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami),

Zamawiający informuje, iż z uwagi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do siedziby Zamawiającego oraz krótki okres między udzieleniem stosownego wyjaśnienia, a terminem składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, przedłużeniu ulega termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa **20.07.2010 r. o godzinie 11:30**. Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok. 69. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa 18.08.2010 r. Otwarcie ofert nastąpi **20.07.2010 r. o godzinie 12:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.61.

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Starszy Referent

Łukasz Motyka

.....

Przewodniczący Komisji Przetargowej