



UNIwersytet ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. /032/ 359 1381, 359 1379
fax. /032/ 359 2048

II ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/60/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 206 000 € na:

DOSTAWĘ APARATURY LABORATORYJNEJ:

Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ZGODNIE Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM:

W ZAKRESIE CZĘŚCI A – APARATURA LABORATORYJNA; W ZAKRESIE CZĘŚCI B – APARATURA LABORATORYJNA; W ZAKRESIE CZĘŚCI C – APARATY DO ELEKTROFOREZY; W ZAKRESIE CZĘŚCI D – WIRÓWKI Z ROTOREM; W ZAKRESIE CZĘŚCI E – WYTRZĄSARKI.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy części B (pozycja 2) - APARATURA LABORATORYJNA

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga wyposażenia do wirówki, jeśli tak to jakiego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wirówka ma posiadać wymienne rotory między innymi wirnik horyzontalny 8x15/10 ml.

Dotyczy części A (pozycja 2) - APARATURA LABORATORYJNA

2. Pytanie Wykonawcy:

W związku z zaprzestaniem produkcji na czas nieokreślony przez producenta mikrowytrząsarki laboratoryjnej ML-962T, czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o następujących parametrach:

TYP

MicroPlate Genie®

Ilość płytek mikrotitracyjnych	do 1 płytki MT
Regulowanie prędkości	750 do 2700 min. ⁻¹
Amplitura wytrząsania	1 mm
Minutnik	1-60 min/praca ciągła
Dopuszczalne warunki otoczenia	0 do 38° C przy 95% rh
Wymiary (szer. x gł. X wys.)	180 x 150 x 165 mm



Masa	2,75 kg.
Zasilanie	230 V, 50 Hz

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mikrowytrząsarki o proponowanych parametrach.

Powyzsze wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

W związku z pytaniami, które wpłynęły od Wykonawców oraz odpowiedziami Zamawiającego powodującymi wprowadzenie zmian w treści oferty, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, wyznaczając go na dzień:

Termin składania ofert upływa **04-11-2009 o godzinie 10:30**

Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.69

Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i upływa **03-12-2009**

Otwarcie ofert nastąpi **04-11-2009 o godzinie 11:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.61

Sekretarz Komisji Przetargowej:

Aneta Knapik