



## **UNIwersytet ŚLĄSKI**

### **Dział Zamówień Publicznych**

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice  
tel. /032/ 359 1381, 359 1379  
fax. /032/ 359 2048

## **III ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

### **Uczestnicy postępowania nr RU/DW/60/09**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 206 000 € na:

#### **DOSTAWĘ APARATURY LABORATORYJNEJ:**

Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ZGODNIE Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM:

W ZAKRESIE CZĘŚCI A – APARATURA LABORATORYJNA; W ZAKRESIE CZĘŚCI B – APARATURA LABORATORYJNA; W ZAKRESIE CZĘŚCI C – APARATY DO ELEKTROFOREZY; W ZAKRESIE CZĘŚCI D – WIRÓWKI Z ROTOREM; W ZAKRESIE CZĘŚCI E – WYTRZĄSARKI.

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

#### **DOTYCZY CZĘŚCI A (pozycja 3) – APARATURA LABORATORYJNA**

##### **1. Pytanie Wykonawcy:**

W związku z zaprzestaniem produkcji łaźni wodnej LW 4100 przez producenta, czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną o następujących parametrach:

##### **DANE TECHNICZNE:**

- Typ: np. LWM 4100 basic
- Napięcie: 230V, - Moc grzejna 700W
- Stabilność temperatury: -0.1 C +0.8 C
- Zakres regulacji: +5 C powyżej temperatury otoczenia do +99.0 C
- Rozkład temperatury: +/- 0.3 C
- Regulacja i odczyt temp.: co 0,1 C
- Wymiary gabarytowe (mm): 360x335x240 mm
- Wymiary użytkowe (mm): 330x300x100 mm
- Pojemność użytkowa: 9l
- Waga urządzenia: 6.0 kg
- Ilość stanowisk: 4

##### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni wodnej o proponowanych parametrach.



**Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.**

**W związku z pytaniami, które wpłynęły od Wykonawców oraz odpowiedziami Zamawiającego powodującymi wprowadzenie zmian w treści oferty, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, wyznaczając go na dzień:**

Termin składania ofert upływa **06-11-2009** o godzinie **10:30**

Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.69

Termin związania ofertą wynosi **30** dni i upływa **05-12-2009**

Otwarcie ofert nastąpi **06-11-2009** o godzinie **11:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.61

Sekretarz Komisji Przetargowej:

*Aneta Knapik*