



**UNIwersytet ŚLĄSKI**

**Dział Zamówień Publicznych**

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel. /032/ 359 1381, 359 1379

fax. /032/ 359 2048

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

**Uczestnicy postępowania nr RU/DW/64/09**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 206 000 € na:

**DOSTAWĘ MIERNIKÓW:**

Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ZGODNIE Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM:

W ZAKRESIE CZĘŚCI A – MIERNIKI CYFROWE; W ZAKRESIE CZĘŚCI B – MIERNIKI;

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

DOTYCZY CZĘŚCI A – MIERNIKI CYFROWE

**1. Pytanie Wykonawcy:**

Multimetr cyfrowy - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza zakres pomiarowy napięcia AC od 100m V do 750V?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza następujące zakresy pomiarowe napięcia AC:

100,0000 mV	z rozdzielczością 100 nV
1,000000 V	z rozdzielczością 1,0 μV
10,00000 V	z rozdzielczością 10 μV
100,0000 V	z rozdzielczością 100 μV
750,000 V	z rozdzielczością 1 mV

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Sekretarz Komisji Przetargowej:

Aneta Knapik