



UNIwersytet ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. /032/ 359 1381, 359 1379
fax. /032/ 359 2048

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/69/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 206 000 € na:

DOSTAWĘ APARATURY POMIAROWEJ:

Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ZGODNIE Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM:

W ZAKRESIE CZĘŚCI A – OSCYLOSKOP CYFROWY 1 SZT.; W ZAKRESIE CZĘŚCI B – GENERATOR NAPIĘĆ 1 SZT.; W ZAKRESIE CZĘŚCI C – REFRAKTOMETR ABBEGO 1 SZT.; W ZAKRESIE CZĘŚCI D – REFRAKTOMETR LABORATORYJNY 2 SZT.; W ZAKRESIE CZĘŚCI E – POLARYMETR RĘCZNY 1 SZT.; W ZAKRESIE CZĘŚCI F – ZESTAW DO ROZPRASZANIA ŚWIATŁA RAYLEIGHA 1 SZT.; W ZAKRESIE CZĘŚCI G – INTERFEROMETR OPTYCZNY FABRY – PEROTA 1SZT.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

W ZAKRESIE CZĘŚCI C – REFRAKTOMETR ABBEGO 1 SZT.

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści refraktometr Abbego o wymiarach 240 x 110 x 290 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania refraktometru Abbego o wymiarach 240 x 110 x 290 mm

W ZAKRESIE CZĘŚCI A – OSCYLOSKOP CYFROWY 1 SZT

2. Pytanie Wykonawcy:

W związku z zaprzestaniem produkcji oscyloskopu GDS820C, czy Zamawiający dopuszcza inny oscyloskop o paśmie 100MHz, próbkowaniu 1GSa/s, pamięci 500 kpkt/kanał bez możliwości wyzwalania alternatywnego, wbudowaną szybą transformatą Fouriera z czterema oknami: prostokątnym, Blackmana, Hanninga, Hamminga, interfejsami USB host, USBdevice, możliwością podłączenia bezpośredniego drukarki – standard PictBridge.

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK, Zamawiający wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o powyższych parametrach.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Sekretarz Komisji Przetargowej:

Aneta Knapik