



UNIwersYTET ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. /032/ 359 1381, 359 1379
fax. /032/ 359 2048

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/88/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 206 000 € na:

DOSTAWA MIKROSKOPÓW:

Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ZGODNIE Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM:

w zakresie części A – mikroskop stereoskopowy MSZ - 10 szt.;
w zakresie części B - mikroskop stereoskopowy - 4 szt.
w zakresie części C – mikroskop laboratoryjny - 12 szt.;
w zakresie części D – mikroskop polaryzacyjny z kamerą – 1 szt.
w zakresie części E – mikroskop odwrócony do badań z wykorzystaniem technik fluorescencji i kontrastu reliefowego - 1 szt.
w zakresie części F – mikroskop kontrastowo-fazowy do obserwacji jasno i ciemnopolowych - 1 szt.;
w zakresie części G - mikroskop biologiczny do badań w świetle przechodzącym – 16 szt.;
w zakresie części H – mikroskop stereoskopowy laboratoryjny - 4 szt.;
w zakresie części I - mikroskop przenośny ALL- IN - 2 szt.;
w zakresie części J – mikroskop badawczy o obudowie modułowej – 1 szt.;
w zakresie części K – mikroskop badawczy biologiczny wraz z systemem cyfrowej dokumentacji badań mikroskopowych - 1 szt.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w części B dopuści dostawę mikroskopów posiadających okular szerokopolowy o powiększeniu 10x (22mm) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania mikroskopów posiadających okular szerokopolowy o powiększeniu 10x (22mm)

2. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w części C dopuści dostawę mikroskopów posiadających podane niżej parametry:

1. obiektyw Planachromat PL X/0.10 odległość robocza 21mm,
2. obiektyw Planachromat PL 20X/0.40 odległość robocza 8.8 mm,
3. obiektyw Planachromat PL 40X/0.65 odległość robocza 0.66 mm,
4. tor wizyjny z adapterem 1X do kamery CCD,
5. tor wizyjny z adapterem do aparatu cyfrowego Cannon seria A 640?

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania mikroskopów o zaproponowanych parametrach.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.



W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi treści SIWZ oraz protestem, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, wyznaczając go na dzień:

Termin składania ofert upływa **22-12-2009 r. o godzinie 10:30**

Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.69

Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i upływa **20-01-2010 r.**

Otwarcie ofert nastąpi **22-12-2009 r. o godzinie 11:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.61

specjalista
Aneta Knapik

.....
Sekretarz Komisji Przetargowej: