



Katowice dn. 30 grudnia 2009 r.

UNIwersytet ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. /032/ 359 1381, 359 1379
fax. /032/ 359 2048

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/88/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 206 000 € na:

DOSTAWĘ MIKROSKOPÓW:

z dopuszczeniem składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:

w zakresie części A – mikroskop stereoskopowy MSZ - 10 szt.;

w zakresie części B - mikroskop stereoskopowy - 4 szt.

w zakresie części C – mikroskop laboratoryjny - 12 szt.;

w zakresie części D – mikroskop polaryzacyjny z kamerą – 1 szt.

w zakresie części E – mikroskop odwrócony do badań z wykorzystaniem technik fluorescencji i kontrastu reliefowego - 1 szt.

w zakresie części F – mikroskop kontrastowo-fazowy do obserwacji jasno i ciemnopolowych - 1 szt.;

w zakresie części G - mikroskop biologiczny do badań w świetle przechodzącym – 16 szt.;

w zakresie części H – mikroskop stereoskopowy laboratoryjny - 4 szt.;

w zakresie części I - mikroskop przenośny ALL- IN - 2 szt.;

w zakresie części J – mikroskop badawczy o obudowie modułowej – 1 szt.;

w zakresie części K – mikroskop badawczy biologiczny wraz z systemem cyfrowej dokumentacji badań mikroskopowych - 1 szt.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie Wykonawcy:

Czy dla części G Zamawiający dopuszcza mikroskop z możliwością wymiany żarówki bez stosowania narzędzi oraz zabezpieczeniem przed przypadkowymi manipulacjami przez studentów, w postaci klapki osłonowej żarówki zamykanej na wkręt umieszczonej w płycie podłogowej statywu mikroskopu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza taki mikroskop.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

mgr Agnieszka Piwowarczyk
starszy specjalista

.....
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej