



UNIwersytet ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel. /032/ 359 1381, 359 1379

fax. /032/ 359 2048

III ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/96/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 206 000 € na:

DOSTAWA URZĄDZEŃ TERMICZNYCH:

Z DOPUSZCZENIEM SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ZGODNIE Z PONIŻSZYM PODZIAŁEM:

w zakresie części A – 1. aparat do wyznaczania temperatury – 1 szt., 2. wyparka próżniowa – 1 szt.; w zakresie części B - płyta grzejna - 1 szt.; w zakresie części C - łaźnia wodna termostatowana - 1 szt.; w zakresie części D – termocykler – 2 szt.; w zakresie części E – termoblok podwójny – 1 szt.; w zakresie części F – termostat – 1 szt.; w zakresie części G – cieplarka – 2 szt.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

DOTYCZY CZĘŚCI E - termoblok podwójny – 1 szt.

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania termobloku z wymiennymi blokami aluminiowymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga wymiennych wkładów aluminiowych.

DOTYCZY CZĘŚCI G - cieplarki 2 szt.

2. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia maksymalnie do 7 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę, aby termin realizacji zamówienia wynosił do 7 tygodni od daty zawarcia umowy.

3. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń (cieplarki i cieplarki laboratoryjnej) o zakresie temperatury w przedziale + 5° C powyżej temperatury otoczenia do + 80° C?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o zakresie temperatury w przedziale + 5° C powyżej temperatury otoczenia do + 80° C.

4. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cieplarki o pojemności 55 litrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania cieplarki o pojemności 55 litrów.



5. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ciepłarki o wymiarach (wys. x szer. x głęb.): 680 x 610 x 560 [mm]?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ciepłarki o wymiarach (wys. x szer. x głęb.): 680 x 610 x 560 [mm].

6. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ciepłarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza o wymiarach (wys. x szer. x głęb.): 540 x 700 x 525 [mm]?

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania ciepłarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza o wymiarach (wys. x szer. x głęb.): 540 x 700 x 525 [mm]?

DOTYCZY CZĘŚCI E - termoblok podwójny – 1 szt.

7. Pytanie Wykonawcy:

Zamawiający w opisie parametrów technicznych termobloku podwójnego nie podaje; jakie wkłady chce zamówić (tzn. bloki na jaki rodzaj próbek, otworów). Czy to oznacza, że zamawiający chce kupić termoblok bez wkładów?

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK, Zamawiający chce kupić blok bez wkładów

8. Pytanie Wykonawcy:

Jeżeli tak, to jakie są wymagane wymiary komory grzejnej lub wymiary bloków wkładów, jakie są w posiadaniu użytkownika. Chcemy uniknąć sytuacji, gdyby okazało się, że posiadane przez użytkownika wkłady nie pasują do termobloku innego niż D1200.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymiary pojedynczego bloku to 7,5 cm na 9 cm., otwór powinien być na dwa bloki.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. POZOSTAŁE ZAPISY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi treści SIWZ powodującymi konieczność wprowadzenia zmian do treści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, wyznaczając go na dzień:

Termin składania ofert upływa **03.02.2010 r. o godzinie 10:30**

Ofertę należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.69

Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i upływa **03.03.2010 r.**

Otwarcie ofert nastąpi **03.02.2010 r. o godzinie 11:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, IIIp., pok.61

Starszy Specjalista
Agnieszka Piwowarczyk

.....